

ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	高出力全自動水平型多目的X線回折装置 Intelligent X-ray Diffraction System
装置ID Local ID	TU-515
大分類 Major category	その他分析装置 Other Analytical Equipment
メーカー名 Manufacturer name	リガク Rigaku
型番 Model number	SmartLab 9SW



登録必須ファイル Required registration files

運用版 (Deployed Version)

以下のいずれかのファイルを投入

Submit One of the Following Files

.rasファイル (回折/測定条件)

.ras file (Diffraction/Masurement Conditions)

.rasxファイル (回折/測定条件)

.rasx file (Diffraction/Masurement Conditions)

異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

